






KW-03 干湿摩擦试验机



| | | | | |
|----|---|---|--|---|
| 标准 | AATCC 6/165; BS EN1006; ISO 105; JIS K6328; L0815; L1087; | | | |
| 参数 | 测试头 | 直径19毫米的尼龙圆柱 | | |
| | 测试头下压力度 | 9±0.9N | | |
| | 测试头摩擦行程 | 2寸, 3寸, 4寸, 调节旋转半径获得不同行程 | | |
| | 计数器 | 四位机械式计数器 | | |
| | 尺寸; 重量 | 外形尺寸: 610*175*210 毫米; 净重: 4.38 公斤 | | |
| 附件 | "标配件"随主件出货无需额外费用,非标配附件需要另外付费 | | | |
| 类别 | 标准配件 | | 非标准配件 | |
| 编号 | KW-03-AS-01 | KW-03-AS-02 | KW-03-02 | KW-03-03 |
| 名称 | 弹簧夹 | #320号砂纸 (2张) | 白棉布 | AATCC 灰卡 |
| 图片 |  |  |  |  |
| 用途 | 夹紧标准白棉布 | 提供标准测试底面 | 褪色介质 | 褪色比对标准 |



关注我们



东莞市锦辉检测设备制造有限公司

地址: 东莞市道滘镇昌平村大备湾新风路7号丰登工业园区内第1栋1层

电话: 86-769-22906718 传真: 86-769-22909619

Web: www.kingwells.com 1688: kingwells.1688.com

E-mail: info@kingwells.com