




KW-BFM-18

办公椅气压棒（杆）耐久测试机

Gas Spring Durability Tester



题目	标准	章节	章节题目
标准	GB/T 29525-2013	7.6	循环寿命
	QB/T 2280-2016	6.10.4	循环寿命
编号	KW-BFM-18-02		KW-BFM-18-04
	气压棒耐久试验机 - 双工位		气压棒耐久试验机 - 四工位
图片			
			
特点	<ol style="list-style-type: none"> 1. 集中控制的多通道检测系统，每个通道配套独立的驱动气缸和温度传感器。 2. 触摸屏输出和输出测试参数，具有停/断点记忆功能，记录和保存测试参数。 3. 红外非接触式温度监测传感器，检测测试样的温度变化。 4. 简易试样装夹结构设计，无需专用工具，操作简单方便。 		
参数	<ol style="list-style-type: none"> 1. 气压棒压缩行程：60毫米。(60毫米是标准规定，接受客户非标定制)。 2. 采用直径50毫米的气缸加载，行程100毫米，最大输出900N的压力。 3. 可调测试速度：10~25次/分钟。 4. 实时记录和跟踪温度曲线范围：0-100℃，显示精度：±1℃。 5. 气压：≥0.5MPa；流量：≥800升/分钟；气源需经滤水和干燥处理。 6. 电源220VAC，2A。 		
尺寸	840*540*1580毫米	840*540*1580毫米	1735*380*1600毫米
重量	144 公斤	168 公斤	246 公斤



主我们



东莞市锦辉检测设备制造有限公司

地址：东莞市道滘镇昌平村大备湾新风路7号丰登工业园区内第1栋1层

电话：86-769-22906718 传真：86-769-22909619

Web: www.kingwells.com 1688: kingwells.1688.com

E-mail: info@kingwells.com